

คำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 6/2552

ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัย เลขที่)
<p>Disposable Medical Products Dialyzers (ME-12H ME-15H ME-18H SMC-R16) เป็นอุปกรณ์ฟอกเลือดใช้ทางการแพทย์ มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกทำด้วยพลาสติก ขนาดความยาวประมาณ 25 ซม. ภายในบรรจุท่อขนาดเล็กมัดรวมกัน นำไปติดตั้งกับท่อนำเลือดของเครื่องไตเทียม แล้วสูบเลือดจากผู้ป่วยให้ไหลเวียนผ่าน ทำหน้าที่กรองของเสียตกค้างออกจากเลือด ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเรียกว่า ส่วนของเลือด (Blood compartment) เป็นส่วนที่เลือดไหลผ่านซึ่งอยู่ด้านในตัวกรอง ส่วนที่สองเรียกว่า ส่วนของน้ำยาล้างไต (Dialysate compartment) เป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกของตัวกรองล้อมรอบส่วนของเลือดไว้ มีน้ำยาล้างไตไหลผ่านเพื่อดึงของเสียออกจากเลือด ส่วนประกอบของตัวกรองไตเทียมทั้งสองส่วนนี้ ถูกแยกจากกันด้วยแผ่นเนื้อเยื่อบางๆ เรียกว่า เมมเบรน (Membrane) การดึงน้ำและการกรองของเสียโดยการแพร่กระจายจะเกิดที่เมมเบรนนี้ โดยผนังของเมมเบรนมีรูพรุนเล็กๆ ที่ยอมให้สารต่างๆ ที่มีขนาดเล็กกว่าผ่านไปมาได้ เช่น ยูเรีย แต่สารขนาดใหญ่ เช่น เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว โปรตีน และเชื้อแบคทีเรียไม่สามารถผ่านได้</p>	<p>พิจารณาตามหมายเหตุ 2 (ก) ของตอนที่ 90 กำหนดว่า “ส่วนประกอบและอุปกรณ์ซึ่งเป็นของที่รวมอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งในตอนนี้ หรือในตอนที่ 84 85 หรือ 91 (นอกจากประเภทที่ 84.85 85.48 หรือ 90.33) ให้จำแนกเข้าประเภทที่ว่าด้วยของนั้นทุกกรณี” ดังนั้น สินค้ารายอุทธรณ์ จึงไม่สามารถจัดเข้าประเภทที่ 90.18 ตามข้อยกเว้นดังกล่าวได้ และตามคำอธิบายที่ EN/HS Section XVI 84.21 หัวข้อ (A) Filtering and purifying machinery, etc., for liquid,... ย่อหน้าสุดท้าย ระบุว่า “The heading also cover <u>dialyser</u>, special type filters consisting essentially of semi-permeable membrane through which liquid can pass by diffusion and thus be separated from colloidal particles.” จัดเข้าประเภทที่ 8421.29 ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และข้อ 6 สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของ WCO ตามเอกสาร Compendium Classification หน้า XVI/3E (เรื่องตามรายงานการประชุม HSC ครั้งที่ 32/2546 มติที่ประชุม HSC ครั้งที่ 23/May 1999)</p>	<p>8421.29</p> <p>กอ.109/2552/ ป6/2552(3.7)</p>